



Προς: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
«Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ –
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ –
ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ.
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26
106 72 ΑΘΗΝΑ

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΞ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ: 2132052805

Ημ/νία : 02/02/2021

Αρ. Πρωτ.:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ.Κ. – ΠΟΛΗ – ΤΗΛ. – FAX)

ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την αγορά μιας συσκευής Διαθερμίας με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΟΠΗΣ (CUT) 150W – 250Ω
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΟΠΗΣ-ΠΗΞΗΣ/ΚΑΥΤΗΡΙΑΣΗΣ " BLEND" 90W—200Ω
100W —200Ω 120W—200Ω
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΥΛΗΣ " ENHANCED " 90
W –250Ω 100W
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΠΗΞΗΣ/ΚΑΥΤΗΡΙΑΣΗΣ "FORCED COAG"
80 W—150Ω
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ ΒΑΘΙΑΣ ΠΗΞΗΣ /ΚΑΥΤΗΡΙΑΣΗΣ " SOFT COAG"
60 W—100Ω
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ "BIPOLEAR" ΠΗΞΗΣ/ΚΑΥΤΗΡΙΑΣΗΣ
60 W—100Ω
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΣΗΣ "ABLATION"
60 W—100Ω
- ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 600 KHz
- ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ : F
- ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 115-230 Vac

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΥΠΕΥΘ. ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ



Προς: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
«Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ –
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ –
ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ.
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26
106 72 ΑΘΗΝΑ

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΞ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ: 2132052805

Ημ/νία : 02/02/2021

Αρ. Πρωτ.:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ.Κ. – ΠΟΛΗ – ΤΗΛ. – FAX)

ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την αγορά μιας συσκευής πλάσματος με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- ΙΣΧΥΣ 1.8W
- ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 80 kHz
- ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ 3000 Vpp
- ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ CW 5
- ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΑ PW 2 (PULSE OR SPRAY MODE)
- ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 50%
- ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 3,7V 900mAh
- ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΙΡ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΩΝ 7 ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ
- ΤΙΡ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
- ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ
- ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΥΠΕΥΘ. ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ