



EYELENS

INNOVATIVE MEDICAL DEVICES

**ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΚΕΙΜ & ΣΙΑ Ε.Ε**

ΟΜΗΡΟΥ 2 - ΚΗΦΙΣΙΑ 145 62 ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΑΦΜ: 998696382 • ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Εισαγωγή & Εμπορία Ιατρικών Ειδών

ΤΗΛ: 210 80.19.226 • FAX: 210 62.36.830  
E-mail: info@eyelens.gr • www.eyelens.gr

**ΠΡΟΣ**

**1<sup>η</sup> Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ**

**Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-  
ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ.**

**ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ**

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΟΨΗ: κ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Email: grprom2@ophthalmiatreio.gr

**ΘΕΜΑ:** Παρατηρήσεις επί της Ανακοίνωσης Διενέργειας Δημόσιας Διαβούλευσης επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Υγειονομικού Υλικού Διάφορου (Ιξωδοελαστικές και Λοιπές Ουσίες) με CPV: 33731110-7.

Κύριοι,

Σε απάντηση της από 20-03-2018, Α.Π. 9630 ανακοίνωσης σας, για πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «Υγειονομικού Υλικού Διάφορου» (Ιξωδοελαστικές και Λοιπές Ουσίες) με CPV: 33731110-7, σας παραθέτουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις μας:

#### **ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΑ**

##### **1α. Λεπτόρρευστο ιξωδοελαστικό – Σύριγγες κατ' ελάχιστον 0,80ml:**

Σας επισημαίνουμε ότι οι αναφερόμενες μονάδες μέτρησης του Ιξώδους **C.P.S.** και **mPas** είναι ισοδύναμες.

Συνεπώς θα πρέπει ο προσδιορισμός του ιξώδους να αναδιατυπωθεί ως ακολούθως.

**Ιξώδες** 30,000 C.P.S. έως 700.000 C.P.S. ή 30,000 mPas έως 700.000 mPas

#### **ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. ΥΓΡΩΝ ΧΡΩΣΕΩΣ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ**

**4α.** Στείρο υγρό χρώσεως προσθίου περιφακίου

Προτείνουμε η φράση «... σε σύριγγα κατ' ελάχιστον 1 ml »,

να αντικατασταθεί από τη φράση « ... σε σύριγγα  $\geq 0.75\text{ml}$  ».

Με τις ανωτέρω προτεινόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές, δεν περιορίζεται ο Ελεύθερος Ανταγωνισμός και εξυπηρετείται το καλώς νοούμενο Δημόσιο Συμφέρον, χωρίς να βλάπτεται η Υγεία των Ασθενών.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση

Δια την εταιρεία

**“EYELENS”**

**ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΚΕΙΜ & ΣΙΑ Ε.Ε**

Εισαγωγή-Εμπορία Ιατρικών Ειδών & Καλλυντικών

ΟΜΗΡΟΥ 2 - ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145 62

ΤΗΛ: 210 80.19.226 - FAX: 210 62.36.830

ΑΦΜ: 998696382 - ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Ειρήνη Ιωακείμ

Κηφισιά... 27/03/.....2018